



Стоматология под общей анестезией: По приказу №919н от 15 ноября 2012г.

Палата пробуждения (на 3 пациенто-места)		
1.	Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)	1
2.	Аппарат искусственной вентиляции легких (CMV, SIMV, CPAP) с мониторингом дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата	2
3.	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторингом дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата	1
4.	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких	3
5.	Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура)	3
6.	Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку	1
7.	Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом	3
8.	Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий	3
9.	Насос шприцевой	3
10.	Насос инфузионный	3
11.	Матрац термостабилизирующий	3

ООО «МСТ»



ИНН/КПП: 7813401033/781301001
Телефон: +7(800)500-90-93

Веб-сайт: www.medsyst.ru
Эл. почта: yes@medsyst.ru

12.	Аспиратор электрический	1
-----	-------------------------	---